

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
VERDEJANTE-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023  
Processo Administrativo Nº 014/2023  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: JOSÉ VIANEY NOGUEIRA JÚNIOR  
Data de Publicação: 31/10/2023 11:32:51

TOTAL DO PROCESSO: **234.208,28**

**LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI** **42.650.279/0001-07** **8.719,98**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 083 Lance: 140,00 **Total: 560,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LIFENOX Modelo: 02D

Descrição: ESCADA 2 DEGRAS EM AÇO INOXIDÁVEL

Quantidade: 4 Val. Ref.: 301,00 **Valor Unit.: 140,00** Total Item: 560,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 077 Lance: 4.079,99 **Total: 8.159,98**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LEPU CREATIVE Modelo: K 12

Descrição: Monitor Multiparâmetros - ECG RESP SPO2 PNI TEMP | pré configurado de 10 a 12pol | com suporte

Quantidade: 2 Val. Ref.: 18.666,00 **Valor Unit.: 4.079,99** Total Item: 8.159,98

**MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA** **10.779.833/0001-56** **10.391,96**

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 104 Lance: 2.597,99 **Total: 10.391,96**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PILATI Modelo: PILATI

Descrição: Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica - CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS + COLCHÃO

Quantidade: 4 Val. Ref.: 8.366,00 **Valor Unit.: 2.597,99** Total Item: 10.391,96

**PADRÃO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA.** **09.441.460/0001-20** **1.123,14**

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 048 Lance: 561,57 **Total: 1.123,14**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: HOSP MOVEIS Modelo: UND

Descrição: Biombo - AÇO INOXIDÁVEL | TAMANHO TRIPLO | COM RODIZIOS

Quantidade: 2 Val. Ref.: 876,00 **Valor Unit.: 561,57** Total Item: 1.123,14

**J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **84.972.926/0001-39** **616,00**

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 043 Lance: 154,00 **Total: 616,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LEVITA LV25i Modelo: LEVITA LV25i

Descrição: Suporte de Soro - PEDESTAL | AÇO INOXIDÁVEL

Quantidade: 4 Val. Ref.: 593,00 **Valor Unit.: 154,00** Total Item: 616,00

**LRF DISTRIBUIDORA LTDA** **49.464.926/0001-27** **4.855,20**

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 031 Lance: 1.003,20 **Total: 2.006,40**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: AMAPÁ Modelo: ARMARIO 90

Descrição: Armário - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO | DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | PRATELEIRAS: 03 OU 04 | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 20KG

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
VERDEJANTE-PE**

Quantidade: 2	Val. Ref.: 1.056,00	<b>Valor Unit.: 1.003,20</b>	Total Item: 2.006,40
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 044 Lance: 286,90	<b>Total: 573,80</b>
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PLENO MOVEIS	Modelo: LIGHT
Descrição: Mesa para Computador - MADEIRA OU MDF   DE 01 A 02GAVETAS			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 302,00	<b>Valor Unit.: 286,90</b>	Total Item: 573,80
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 075 Lance: 980,00	<b>Total: 980,00</b>
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: TUBOMED	Modelo: TM003
Descrição: Armário Vitrine - 02 PORTAS   AÇO OU FERRO PINTADO   LATERAIS DE VIDRO			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 1.657,00	<b>Valor Unit.: 980,00</b>	Total Item: 980,00
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 033 Lance: 105,00	<b>Total: 315,00</b>
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ACCUMED	Modelo: PREMIUM
Descrição: Esfigmomanômetro Adulto - ANALÓGICO   NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 359,00	<b>Valor Unit.: 105,00</b>	Total Item: 315,00
<b>LOTE 17</b>	Quant.: 1	Num: 059 Lance: 980,00	<b>Total: 980,00</b>
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: TUBOMED	Modelo: TM075
Descrição: Carro de Curativos - AÇO INOXIDÁVEL   BALDE E BACIA			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 1.128,00	<b>Valor Unit.: 980,00</b>	Total Item: 980,00
<b>AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI</b>		<b>34.700.478/0001-46</b>	<b>133.490,00</b>
<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 109 Lance: 81.500,00	<b>Total: 81.500,00</b>
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: SINNOWA	Modelo: SX-160
Descrição: Analisador Bioquímico - Analisador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 100 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimode 28 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar oequipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; Bandeja com no mínimo 40 posições para tubos primários ou cubetas;com sistema automático que lave e seque as cubetas utilizadas. Deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes,que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; Deverá aceitar amostras deurgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento; Permitir interfaceamento com o software operacional dolaboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 7 comprimentosde onda diferentes, sendo obrigatório abranger o range entre 340 até 800 nm; Sistema aberto com possibilidade de o usuáriodefinir o perfil de trabalho, para qualquer marca de reagentes, do mercado, com capacidade para, no mínimo 100 programações,ou mais, de técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente; Acessórios: CPU (computador operacional); monitor; Mouse eteclado adequados ao modelo. Registro vigente junto à ANVISA/MS.			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 114.072,00	<b>Valor Unit.: 81.500,00</b>	Total Item: 81.500,00
<b>LOTE 18</b>	Quant.: 1	Num: 063 Lance: 51.990,00	<b>Total: 51.990,00</b>
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: SINSENG	Modelo: MAX S-5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
VERDEJANTE-PE**

Descrição: Analisador Automático para Hematologia - Análise de, no mínimo, 26 parâmetros; Realizando, no mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, Contagem total de eritrócitos, desejável Leitura espectrofométrica de hemoglobina, Determinação hematócrito, Determinação de volumecorpuscular médio, Determinação da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação da Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação do Índice de Anisocitose, Contagem total de plaquetas, Determinação do volume plaquetário médio, Determinação de plaquetócrito, Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas, Contagem de linfócitos (valor absoluto), Contagem de linfócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor absoluto), Contagem de neutrófilos (valor absoluto); Contagem de neutrófilos (valor relativo), Contagem de eosinófilos (valor absoluto), Contagem de eosinófilos (valor relativo), Contagem de basófilos (valor absoluto), Contagem de basófilos (valor relativo), Contagem de linfócitos atípicos (valor absoluto), Contagem de linfócitos atípicos (valor relativo), Contagem de grandes células imaturas (valor absoluto); Contagem de grandes células imaturas (valor relativo). Capacidade de, no mínimo, 60 amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de no 35µl ou menos. Procedimento de limpeza e calibração. Identificação de amostras: alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série vermelha, série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Acompanha impressora. Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Leitor decódigo de barras. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 109.219,00 Valor Unit.: 51.990,00 Total Item: 51.990,00

**MR TECH INFORMATICA LTDA** 48.000.136/0001-28 6.816,00

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 103 Lance: 2.272,00 **Total: 6.816,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MRTECH Modelo: M10

Descrição: Computador (Desktop-Básico) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 4.624,00 Valor Unit.: 2.272,00 Total Item: 6.816,00

**STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** 84.859.552/0002-20 3.150,00

**LOTE 8** Quant.: 1 Num: 077 Lance: 3.150,00 **Total: 3.150,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: STERMAX Modelo: EXTRA 12 LITROS

Descrição: Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL

Quantidade: 1 Val. Ref.: 6.476,00 Valor Unit.: 3.150,00 Total Item: 3.150,00

**F LUCAS W E SILVA ME** 15.501.731/0001-98 7.156,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 113 Lance: 1.789,00 **Total: 7.156,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PHILCO/BRITÂNIA 9 MIL BTUS Modelo: PHILCO/BRITÂNIA 9 MIL BTUS

Descrição: Ar Condicionado - SPLIT | 9000 A 12000 BTUs

Quantidade: 4 Val. Ref.: 1.843,00 Valor Unit.: 1.789,00 Total Item: 7.156,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
VERDEJANTE-PE**

**NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**      **20.782.880/0001-02**      **6.000,00**

**LOTE 14**      Quant.: 1      Num: 013      Lance: 6.000,00      **Total: 6.000,00**

Item: 1      Unidade: UNIDADE      Marca: AMOUL/AMBULAC      Modelo: I5  
 Descrição: DEA - Desfibrilador Externo Automático - 50 A 250 CHOQUES | POSSUI | 1 PAR ELETRODO  
 Quantidade: 1      Val. Ref.: 11.105,00      **Valor Unit.: 6.000,00**      Total Item: 6.000,00

**CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A**      **03.620.716/0001-80**      **2.690,00**

**LOTE 15**      Quant.: 1      Num: 069      Lance: 2.690,00      **Total: 2.690,00**

Item: 1      Unidade: UNIDADE      Marca: CMOS DRAKE      Modelo: YONAH  
 Descrição: Bomba de Infusão - EQUIPO | KVO | BOLUS | ALARME | BATERIA  
 Quantidade: 1      Val. Ref.: 8.705,00      **Valor Unit.: 2.690,00**      Total Item: 2.690,00

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA**      **04.187.384/0001-54**      **49.200,00**

**LOTE 16**      Quant.: 1      Num: 124      Lance: 49.200,00      **Total: 49.200,00**

Item: 1      Unidade: UNIDADE      Marca: LEISTUNG      Modelo: LUFT5 - Reg. nº 80203470015

Descrição: Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico - Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapiade Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínuas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, SmartCare, PAV, ASV, AVA) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada de no mínimo até 90cmH2O e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; Ajuste do fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo de 2 a no mínimo 50 l/min; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen, botão rotacional para ajuste de programação dos parâmetros: Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, PEEP total, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação I:E, pico de fluxo inspiratório, volume minuto expirado, constante de tempo expiratório, índice de stress e volume expiratório. Cálculos automáticos de mecânica: resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e

Quantidade: 1      Val. Ref.: 102.950,00      **Valor Unit.: 49.200,00**      Total Item: 49.200,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
VERDEJANTE-PE**

---

**AUTORIDADE:** OSNY OSCAR XAVIER JACOB

---

**PREGOEIRO:** JOSÉ VIANEY NOGUEIRA JÚNIOR

---

**APOIO** ANTÔNIO VITALINO LEANDRO FILHO

---

**MEMBRO DE APOIO** RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA